カテーテル固定用パッチ

GRIP-LOK®

グリップロック 経鼻胃管用 L サイズ [3401LNG] 取扱説明書

ドレッシング材の貼り付けに関する各病院の標準実施要綱に従い皮膚の前処理を行います。
接着性を高めるため、一部の患者では皮膚の前処理または除毛が必要となる場合があります。

経鼻栄養チューブ固定時の使用例

1

底面の剥離紙の広い部分の片側を剥がします。鼻の先端にグリップロックの中心を合わせ、片側に貼り付けます。

2

もう片方の底辺の剥離紙を剥がし、鼻の反対側に貼り付けます。チューブ接着ストリップの片側から剥離紙を剥がします。

3

チューブの周りにチューブ接着ストリップを巻きつけます（ストリップの先端を折りたたんでおくと後で剥がしやすくなります）。

4

反対側のチューブ接着ストリップから剥離紙を剥がし、チューブに巻きつけます。

製品情報

型番	商品名	用途	チューブ径	全長	梱包単位	JAN
3401LNG	GRIP-LOK 経鼻胃管用 L サイズ	経鼻栄養チューブの固定	1.5 ～ 13.0 ㎜	10.8 ㎝ (4.25 インチ)	100/ 箱	4946685170231

製造販売元

株式会社 林寺メディノール

〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号

TEL: 076-222-6531　FAX: 076-222-2922

外国製造所

Zefon INTERNATIONAL